



Poznań, dnia 18.12.2017 r.

Dz. Z. P. 30/37/17

Uczestnicy postępowania

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych na dostawę wyrobów medycznych, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.11.2017 r. 2017/S 223-463243.

WYJAŚNIENIE 7 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579) wyjaśniam:

ZESTAW 1

Część 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein =10µg/g spełniające pozostałe parametry SIWZ?

Odp: Zamawiający dopuszcza równe i poniżej 10µg/g

Część 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne neoprenowe o średniej długości 302mm, spełniające pozostałe parametry SIWZ?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Część 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek do mocowania kaniul o właściwościach:

- Samoprzylepny opatrunek posiadający wycięcie na port pionowy dożylny kaniuli obwodowej
- Wykonany z hydrofobowej włókniny
- Mikropory w strukturze włókniny - zapewniają odpowiedni współczynnik paroprzepuszczalności, dzięki czemu zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem, a skórą
- Centralnie umieszczony mały wkład chłonny - zabezpiecza przed przywieraniem włókniny do miejsca wkłucia
- Podkładka włókninowa - dołączona do opatrunku, przeznaczona do umieszczenia pod skrzydełkami kaniuli. Zapobiega uszkodzeniu skóry przez tworzywo kaniuli
- Hypoalergiczny
- Elastyczny - opatrunek jest wygodny dla pacjenta, dopasowuje się do kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów
- Łatwy do zamocowania na skórze
- Zaokrąglone brzegi - zapobiegają przypadkowemu odklejeniu opatrunku
- Pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym naniesionym na włókninę





metodą ciągłą

- Posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego ułatwiającą precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację
- Jałowy - sterylizowany tlenkiem etylenu

Odp: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w specyfikacji.

Część 9, poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową 1ml z igłą 0,45 x 13mm, skala co 0,05ml?

Odp: Nie dopuszcza.

Część 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 0,7 l o wysokości 120mm?

Odp: Nie dopuszcza

Część 15, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczotkę chirurgiczną z polietylenową szczecinią?

Odp: Zgodnie z SIWZ

ZESTAW 2

PAKIET 7

Pozycja 1

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawki 3-częściowa 1 ml tuberkulinowej z igłą 0,45x10mm (26G), sterylna, skala co 0,01ml, zakończenie koncentryczne Luer, do śródskórnego podawania szczepionek noworodkom i wcześniakom, bezwzględnie wymagana duża płynność tłoka pozwalająca na precyzyjne podawanie najmniejszej objętości płynów (0,02ml), uszczelniacz tłoka bez lateksu, wykonana z polipropylenu, przezroczysty cylinder, wyraźne znaczniki skali pozwalające na dokładne dawkowanie leków, pierścień zabezpieczający- chroni przed przypadkowym wycofaniem tłoka, jednorazowego użytku, nie zawierająca lateksu, nietoksyczna, , opakowanie papier-foolia, na opakowaniu opis wyrobu medycznego, numer katalogowy, symbol CE, sterylizowana tlenkiem etylenu (op. zawiera 120 szt.)

Odp. Zamawiający dopuszcza.





**GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
SZPITAL KLINICZNY
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO**

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

NIP: 781-16-21-484
REGON: 000288840
KRS: 0000002866

www.gpsk.ump.edu.pl

ZESTAW 3

PAKIET 7

Pozycja 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3-częściowej 1 ml tuberkulinowej z igłą 0,45x10mm (26G), sterylnej, wykonanej z polipropylenu, bez zawartości lateksu, na opakowaniu opis wyrobu medycznego, numer katalogowy, symbol CE, sterylizowanej tlenkiem etylenu (op. zawiera 120 szt.)

Odp. Zamawiający dopuszcza.

*Z-ca Dyrektora
ds. Technicznych
inż. Czesław Walkowiak*



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 95 15, 61 841 96 20
e-mail: aszczeblovska@gpsk.ump.edu.pl

