



Poznań, dn. 11.04.2018r.

Oznaczenie sprawy: PN – 14/18

Dz. Z. P. – 14/17/18

Uczestnicy postępowania

prorowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych na dostawę wyrobów medycznych, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.04.2018r. pod numerem 2018/S 065-144267

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2

W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, w imieniu Zamawiającego, Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) wyjaśniam:

Pytania z dnia 10.04.2018r.

Pytanie nr 1 dotyczy części nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że smoczki dla noworodków przedwcześnie urodzonych z poz. 1 i 2 powinny być mniejsze od smoczków przeznaczonych do karmienia noworodków (0-6 miesięcy) z poz. 3.

Przeznaczenie smoczków do dedykowanej grupy pacjentów jest wyspecyfikowane wielkością części wewnątrzustnej. Jako, że dzieci przedwcześnie urodzone mające wagę urodzeniową nierzadko poniżej 1500g są o wiele mniejsze od noworodków urodzonych „w terminie” i wymagają smoczka dostosowanego do ich specjalnych potrzeb i możliwości. Jama ustna dzieci przedwcześnie urodzonych wymaga zastosowania smoczka, który będzie mniejszy od smoczka standardowego z uwagi na szczególne okoliczności. Obecnie wszyscy producenci smoczków stosowanych w szpitalach posiadają smoczki przeznaczone dla wcześniaków wielkością różniące się, tj. mniejsze od smoczków przeznaczonych dla noworodków donoszonych. Zaoferowanie smoczków o tej samej wielkości dla noworodków donoszonych (tj. waga dziecka około od 2500 g do około 4000g, a nawet więcej) i smoczków dla wcześniaków (tj. poniżej 1500g do około 2000g) pozostawia wątpliwości czy produkt jest na pewno produktem przeznaczonym dla wcześniaków. Mamy nadzieję, że Zamawiający jako użytkownik doskonale zdaje sobie sprawę z roli wielkości smoczków przeznaczonych dla wcześniaków.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 2 dotyczy części nr 6

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje produktów posiadających status wyrobu medycznego, tak jak obecnie dostarczane? Jeżeli nie to prosimy o wyjaśnienie jakie kroki podejmie Zamawiający jeśli zaistnieje incydent medyczny?

W wypadku wyboru produktu niebędącego wyrobem medycznym cała odpowiedzialność spoczywa na zamawiającym.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytania z dnia 10.04.2018r.

Pytanie nr 1 dotyczy części nr 1

Część nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do porodu o składzie:

1 x kocyk dla noworodka włókninowy 90 x 100 cm

1 x kocyk dla noworodka biały w paski różowo-niebieskie 75 x 103 cm

1 x czapeczka dla noworodka w paski różowo-niebieskie 12 x 17 cm

2 x rękawice chirurgiczne lateksowe Peha profile rozm. 6,5

1 x miska nerkowa 800 ml

2 x zacisk do pępowiny biały 53 mm

1 x nożyczki chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej, posiadające klasę II a, 14,5 cm, tępo/tępe

20 x kompres z gazy z nitką Rtg 7,5 x 7,5 cm, 12 warstw, 17 nitek, konfekcjonowane 'a 10 szt.

1 x ręcznik celulozowy

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 100 x 150 cm służąca jako opakowanie zestawu – parametry włókniny serwet zgodnie z opisem.

Składowe zestawu zostały zapakowane w serwetę na stół narzędziowy wg kolejności zgodnej z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy części nr 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku do mocowania kaniul w rozmiarze 7 x 9 cm – pozostałe parametry zgodne z opisem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 dotyczy części nr 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serweta dla noworodka wykonanej z włókniny typu spunlaced o składzie 70% wiskoza i 30% poliester?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy części nr 15

Pozycja 1-2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wykonanych z włókniny o gramaturze min. 55 g/m²?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy części nr 15

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 90 x 150 cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.



**GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
SZPITAL KLINICZNY
UNIwersytetu Medycznego**

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

NIP: 781-16-21-484
REGON: 000288840
KRS: 0000002866

www.gpsk.ump.edu.pl

Pytanie nr 6 dotyczy części nr 17

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha wykonanego z włókniny o nieprzemakalności min. 40 cmH₂O oraz zapinanego na szyi na taśmę samoprzylepną wielokrotnego użytku umożliwiającą indywidualne dopasowanie rozmiaru fartucha?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7 dotyczy części nr 18

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha wykonanego z włókniny o gramaturze min. 40 g/m² i dodatkowo 42 g/m² w strefie wzmocnionej oraz zapinanego na szyi na taśmę samoprzylepną wielokrotnego użytku umożliwiającą indywidualne dopasowanie rozmiaru fartucha

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Technicznych
inż. Czesław Walkowiak