

Poznań, dnia 19/10/2018 roku

**Oznaczenie sprawy: PN – 20/18**

Dz.Z.P.20/70/18

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla **Pododdziału Porodowego, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Izby Przyjęć** w ramach projektu pt.: „**Zdrowa matka, zdrowe dziecko – poprawa kompleksowej opieki wysokospecjalistycznej w największym szpitalu ginekologiczno – położniczym w Polsce**” finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działania 9.2. Konkurs nr POIS.09.02.00-IP.04-00-005/2016 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych – konkurs wielozakresowy (regiony słabiej rozwinięte). Nr identyfikacyjny projektu **POIS.09.02.00-00-0117/17**

Na podstawie przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień (tj. Dz. U z 2017 poz. 1579) niniejszym informuję, że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty i do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrał następującego wykonawcę:

**Część nr 3 – KTG 51 szt.**

Opis parametrów	Wartość punktowa	MEDICOM Sp. z o.o	PUNKTY	EUROMED	PUNKTY
	<b>Cena 45</b>	913 777,20	<b>45</b>	948 600,43	<b>43,35</b>
	<b>Gwarancja 5</b>	48	<b>5</b>	48	<b>5</b>
Łatwość obsługi urządzenia	- ekran dotykowy wraz z manualną możliwością sterowania funkcjami urządzenia - 10 pkt. - wyłącznie ekran dotykowy – 6 pkt. - wyłącznie sterowanie manualne: przyciski – 0 pkt. - wyłącznie sterowanie manualne: pokrętło – 0 pkt. - inne rozwiązanie – 0 pkt.	wyłącznie ekran dotykowy	6	ekran dotykowy wraz z manualną możliwością sterowania funkcjami urządzenia	10
Długość przewodu głowic min. 2m.	2 – 2,4 m – 0 pkt. ≥2,5m – 5 pkt.	2,5m	5	2,5 m	5
Wydruk zapisów archiwalnych. -Minimum 15mm/s.	Tak - 2 pkt Nie - 0 pkt	TAK	2	TAK	2
Możliwość rozbudowy o monitorowanie ciąży trojacznej.	Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt	TAK	5	NIE	0
Jednakowe gniazda głowic, każde gniazdo umożliwia podłączenie głowicy US lub Toco. Automatyczne rozpoznawanie podpiętej głowicy. Rozwiązanie ułatwiające obsługę aparatu	Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.	TAK	5	NIE	0
Prezentacja graficzna/krzywa wartości tętna płodu i Toco	Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt	NIE	0	TAK	2
Głowice Cardio i Toco posiadające identyfikację.	Dioda LED – 6 pkt, Oznaczenia kolorystyczne – 2 pkt, naklejki – 0 pkt.	Dioda LED	6	Dioda LED Oznaczenia kolorystyczne	6
Współpraca z telemetrią płodową umożliwiającą monitorowanie tych samych parametrów jak kardiokograf (tętno płodu/płodów, Toco, tętno matki, ruchy płodu).	Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt	TAK	5	TAK	5
Wprowadzanie danych demograficznych pacjentki. Ekranowa klawiatura w układzie:	Układ QWERTY – 2 pkt Inny – 0 pkt	Układ QWERTY	2	Układ QWERTY	2
Chłodzenie kardiokografu.	Konkwekcyjne, bez wbudowanych wentylatorów – 6 pkt Posiadające wentylatory – 0 pkt	Konkwekcyjne, bez wbudowanych wentylatorów	6	Posiadające wentylatory	0
Port RS232 i port RJ45 (LAN).	Wszystkie wymienione – 2 pkt, Jeden z wymienionych – 0 pkt	Wszystkie wymienione	2	Wszystkie wymienione	2

cena	45		43,35
Jakość	44		34
gwarancja	5		5
<b>RAZEM</b>	<b>94,00</b>		<b>82,35</b>

Oferta Wykonawcy MEDICOM Sp. z o.o., została najwyższej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

MEDICOM Sp. z o.o.  
Ul. M. Skłodowskiej – Curie 34  
41 – 819 Zabrze

#### Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **94 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jw.)

Ponadto do przedmiotowej części ofertę złożył Wykonawca EUROMED MEDICAL SOLUTIONS Sp. z o. o. Sp. k, ul. Szczęsna 2, 60 – 587 Poznań. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała **82,32 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jw.)

#### **Część nr 7 lampa bezcieniowa – 13 szt.**

Opis parametrów	Wartość punktowa	MEDICOM Sp. z o.o	PUNKTY
	<b>cena</b>	121 446,00	<b>50</b>
Czasza składająca się z max. 5 modułów świetlnych LED.	<4 – 5 pkt. 4 – 5 – 0 pkt.	3	5
Ilość diod w module świetlnym max. 15 szt.	<13 – 5 pkt. 13 - 15 – 0 pkt.	15	0
Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia, bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy (narzędzie dołączone do całości zamówienia – 1 szt.)	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	5
Regulacja natężenia światła odbywająca się w max. 5 krokach.	5 kroków – 5 pkt. <5 kroków – 0 pkt.	5	5
Stała średnica pola bezcieniowego min. 15cm.	15cm – 0 pkt.; >15cm – 5 pkt.	17	5
Wgłębność oświetlenia (L1+L2) min. 150 cm.	>160cm – 5 pkt.; 150 – 160 cm – 0 pkt.	164,5	5
Czasza wyposażona w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawianiu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących.	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	5
Mocowanie uchwyty sterylizowanego na zatrzask realizowany za pomocą jednej ręki.	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	5
Efektywność energetyczna – zużycie prądu przy maksymalnym obciążeniu (maksymalne dostępne ustawienia aparatu): Wartość określona przez producenta aparatu, jednostka [W]. Wg normy PN-EN 60601-1:2011 lub równoważnej.	Maksymalne dopuszczalne zużycie prądu 0,19 kWh/godzinę pracy – 0 pkt., wartość najniższa spośród złożonych ofert – 10 pkt.  Pozostałe oferty zostaną ocenione proporcjonalnie tj. najniższe zużycie prądu/ zużycie prądu oferty badanej/ x 10	15W 0,015 kwh	10
razem		Jakość	35
		Cena	50
		środowisko	10
		punkty	<b>95</b>

Oferta Wykonawcy MEDICOM Sp. z o.o., została najwyższej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

<b>Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty</b>	<b>F1036a - Adm</b>	
	Wydanie 1	Strona 2 z 7

MEDICOM Sp. z o.o.  
Ul. M. Skłodowskiej – Curie 34  
41 – 819 Zabrze

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **95 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jw.)

**Część nr 8 - pulsoksymetr stacjonarno-transportowy 1 szt.**

Opis parametrów	Wartość punktowa	Viridian Polska Sp. z o.o	PUNKTY
	<b>cena</b>	5 724,00	<b>50</b>
Pomiar saturacji: pomiar z krwi tętniczej przy jednoczesnej eliminacji sygnału płynącego z krwi żyłnej (powodującego fałszowanie wyników); dokładny pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji.	TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	10
Możliwość rozbudowy urządzenia o dodatkowe, nieinwazyjne pomiary: - aplikacja do screeningu - krytycznych wad wrodzonych serca u noworodków, - hemoglobina całkowita - methemoglobina - karboksyhemoglobina - PVI (monitorowanie gospodarki wodnej) - indeks rezerwy tlenowej ORI - saturacja całkowita tlenu SpOC	TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	10
Wyświetlacz HD 1080p, kolorowy ekran LCD z ręczną regulacją jasności oraz obsługą dotykową. Zintegrowany czujnik otoczenia z automatycznym dostosowaniem jasności ekranu w różnych warunkach otoczenia. Automatyczna rotacja ekranu w zależności od ustawienia urządzenia (pion/poziom).	TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	10
Trendy SpO2 i pulsu (z rozdzielczością co 2 s) ≥90h.	TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK 96 h	10
Wbudowana łączność bezprzewodowa, bluetooth, port przywołania pielęgniarki, port USB, Ethernet. Możliwość automatyzowanej dokumentacji danych pacjenta z HSI Zamawiającego.	TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	10
razem		Jakość	50
		Cena	50
		punkty	<b>100</b>

Oferta Wykonawcy Viridian Polska Sp. z o.o. ul. Morgowa 4, 04-224 Warszawa, została najwyżej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

Viridian Polska Sp. z o.o.  
ul. Morgowa 4,  
04-224 Warszawa

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **100 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jw.)

**Cz. nr 9 kardiomonitor – 4 szt.**

Opis parametrów	Wartość punktowa	Viridian Polska Sp. z o.o	PUNKTY
	<b>cena</b>	75 168,00	<b>50</b>
Element transportowy wyposażony w zasilanie akumulatorowe na min. 2 godziny. Automatyczne ładowanie akumulatora po zadokowaniu w stacji dokującej bądź niezależnie (połączenie na przewodzie). Masa elementu transportowego nie większa niż 2 kg. Wysoka odporność na zabrudzenia, zalanie (min. IP32 lub równoważna),	Praca na bateriach ≥3h – 5 pkt. Praca na bateriach <3h – 0 pkt.	Tak 3 h	5
	Masa <1,5kg – 5 pkt.	Poniżej 1,2 kg	5

**Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty**

**F1036a - Adm**

Wydanie 1 | Strona 3 z 7

wstrząsy, uderzenia, upadki (z min. 0,75 metra). Możliwość wykorzystania odłączanego elementu jako kardiomonitora transportowego, z funkcjami pomiaru co najmniej: 1. EKG, HR, ST/QT, analizy zaburzeń pracy serca. 2. Nieinwazyjny pomiar ciśnienia NBP. 3. Saturacja SPO2 - algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe umożliwiające ekstrakcję sygnału, czyli eliminację zakłócającego wynik pomiaru z krwi żyłnej (podczas ruchu pacjenta) i wyświetlanie pomiaru jedynie z krwi tętniczej (możliwość rozbudowy poprzez aktualizację oprogramowania dla modułów transportowych o dodatkowe pomiary hemoglobiny w tym. SpCO, SpMet, SpHb, SpOC, PVI) lub FAST z obsługą czujników Masimo 4. Pomiar temperatury 1 kanał 5. Pomiar IBP 1 kanał + wyjście synchronizacji syg. IBP/EKG	Masa $\geq 1,5$ kg – 0 pkt.  Rozbudowa o parametry PVI, ORI, SpHb, SpCO. Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.	TAK	10
Monitorowanie czynności oddechowej oraz EKG. Jednoczesne wyświetlenie zapisu EKG 12 odprowadzeń z max. 6 elektrod. Pomiar HR w zakresie min. 20-350 /min. Pomiar częstości oddechu w zakresie min. 0-170 odd/min. Regulowane opóźnienie alarmu bezdechu. Ręcznie regulowany próg detekcji oddechów. Możliwość wyboru odprowadzenia wykorzystywanego do zliczania oddechów. Pomiar uniesienia odcinka ST/STE w zakresie od -20 do + 20 mm. Funkcja mapy ST/STE umożliwiająca graficzne wyświetlanie danych odcinka ST z zaznaczeniem odchyleń w formie kolorystycznej. Pomiar długości odcinka QT i wartości QTc. Rozpoznawanie zaburzeń rytmu w tym co najmniej migotania komór, przedsionków, tachykardii, bradykardii, asystolii.	EKG 12 odprowadzeń z 6 elektrod Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.	TAK	10
Pomiar ciśnienia w zakresie min. 10-270 mmHg, maksymalny błąd średni nie większy niż 5 mmHg. Typowy czas pomiaru nie dłuższy niż 30 sekund. Programowane odstępy między pomiarami automatycznymi w zakresie min. od 1 minuty do 18 godzin. Możliwość programowania sekwencji pomiarowych (np. 3 pomiary co 15 minut, następnie 3 pomiary co 2 godziny itp.) w trybie auto. Funkcja stazy ułatwiająca nakłucie żyły. Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie.	Interwał NIBP $>18h$ – 5 pkt Interwał NIBP $\leq 18h$ – 0 pkt	NIBP do 24 h	5
Opcjonalna konfiguracja modułu wieloparametrowego o pomiar rzutu serca (Ciągły pomiar rzutu serca z wykorzystaniem analizy konturów fali tętna z okresowym pomiarem metodą termodylucji przepłucnej), dodatkowe 2 kanały IBP, etCO2 oraz dodatkowy kanał temperatury.	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	5
Możliwość drukowania na lokalnej i sieciowej drukarce. Drukowanie do pdf oraz drukowanie do plików graficznych. Możliwość zdefiniowania przycisku szybkiej obsługi do drukowania jednym kliknięciem wybranego przez Użytkownika raportu.	TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	5
razem		Jakość	50
		Cena	50
		punkty	<b>100</b>

Oferta Wykonawcy Viridian Polska Sp. z o.o. ul. Morgowa 4, 04-224 Warszawa, została najwyższej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

Viridian Polska Sp. z o.o.  
ul. Morgowa 4,  
04-224 Warszawa

#### Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **100 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jw.)

**Cz. nr 11 lampa operacyjna – 1 szt.**

Opis parametrów	Wartość punktowa	MEDICOM Sp. z o.o	PUNKTY	TBK MEDICAL PARTNER Sp. z o.o	PUNKTY
<b>Cena 50</b>		59 616,00	<b>44,84</b>	53 460,00	<b>50</b>
Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: $\geq 95$	> 98 – 5 pkt. 95 - 98 – 0 pkt.	Ra 99	5	Ra 95	0
Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: $\geq 95$	> 98 – 10 pkt. 95 – 98 – 0 pkt.	R9 99	10	R9 95	0
Głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec: 20%: min. 900mm	>1000mm - 5 pkt. 900 – 1000 mm - 0 pkt.	1 000 mm	0	1300 mm	5
Ilość źródeł świetlnych dla każdej z czasz max. 12szt.	10 – 12 szt. - 0 pkt. < 10 szt. - 15 pkt.	9	15	6	15
Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia, bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy (narzędzie dołączone do całości zamówienia – 1 szt.)	TAK - 20 pkt. NIE - 0 pkt.	TAK	20	NIE	0
Regulacja temperatury barwowej światła w od 3 do 5 krokach w min. zakresie 3800 – 4800K	3 kroki – 5 pkt. > 3 kroki – 0 pkt.	3 kroki	5	3 kroki	5
Pozycjonowanie każdej z czasz wielorazowym sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy) i dodatkowo min. trzema brudnymi uchwytami umieszczonymi wokół czaszy.	3 uchwyty wokół czaszy- 5 pkt. > 3 uchwyty wokół czaszy - 0 pkt.	3 uchwyty	5	3	5
Żywotność źródeł światła: $\geq 40\ 000h$	> 60 000h - 15 pkt. 40 000 - 60 000h - 0 pkt.	60 000h	0	Pow. 60 000h	15
Czasze wyposażone w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących.	TAK - 20 pkt. NIE - 0 pkt.	TAK	20	TAK	20
			cena	44,84	50
			Jakość	40	32,50
			<b>RAZEM</b>	<b>84,84</b>	<b>82,50</b>

Oferta Wykonawcy MEDICOM Sp. z o.o., została najwyższej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

MEDICOM Sp. z o.o., Ul. M. Skłodowskiej – Curie 34, 41 – 819 Zabrze

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **84,84 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jw.)

Ponadto do przedmiotowej części ofertę złożył Wykonawca E TBK MEDICAL PARTNER Sp. z o.o., Ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała **82,50 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jw.)

**Cz. nr 12 – RTG 1 szt.**

Opis parametrów	Wartość punktowa	MEDIKON POLSKA	PUNKTY	AGFA NV	PUNKTY	MEDITECH X-RAY	PUNKTY
<b>cena</b>		469 777,77	<b>50</b>	530 160,19	<b>44,31</b>	474 513,00	<b>49,50</b>
Generator: Oddzielne zasilanie akumulatorowe do generatora i układu jezdnego aparatu.	TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	1	TAK	1	TAK	1
Generator: Żywotność akumulatorów: min. 5 lat	TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	3	TAK	3	TAK	3
Lampa z kołpakiem i kolimatorem: Kolimator z oświetlaczem w technologii LED.	TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	2	TAK	2	TAK	2
Lampa z kołpakiem i kolimatorem: Laserowy wskaźnik SID.	TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	1	TAK	1	TAK	1
Aparat z ruchem zmotoryzowanym.	Podać jakie	Układ	1	Układ	1	Układ	1

Minimum: zmotoryzowany układ jezdny. Dodatkowo punktowane: wysuw lampy, obrót kolumny oraz obrót lampy.	funkcje są zmotoryzowane. Każda z funkcji: 1 pkt. Maks. 5 pkt.	jezdny		jezdny		jezdny	
Akumulator do obsługi jezdny układu zmotoryzowanego umożliwiający autonomiczny ruch ciągły aparatu przez co najmniej 3 godziny.	3h - 0 pkt, >3,5h - 1 pkt.	Pow. 3,5 h	1	4 h	1	3,6h	1
Możliwość dodatkowego sterowania ruchem aparatu w miejscu wykonywania ekspozycji z przycisków umieszczonych przy lampie RTG.	TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt.	TAK	5	TAK	5	TAK	5
Detektory cyfrowe A+B: Współczynnik ochrony IP (na czynniki zewnętrzne - woda i kurz): min. IPx3 lub równoważny	IPx3 lub równoważny - 0 pkt. > IPx4 lub równoważny - 3 pkt.	IPX6	3	IPx3	0	IPX6	3
Detektory cyfrowe A+B: Wielkość piksela ≤ 180 μm.	>150μm - 180 μm - 0 pkt. ≤ 150μm - 2 pkt.	137,5	2	148	2	175	0
W pełni naładowany detektor pozwalający na wykonanie: min. 140 zdjęć.	140 zdjęć - 0 pkt. > 160 zdjęć - 4 pkt.	300 165	4	170	4	300	4
Konsola: Interfejs użytkownika w j. polskim.	TAK - 2 pkt, NIE - 0 pkt.	TAK	2	TAK	2	TAK	2
Konsola: Możliwość wykonania ekspozycji bez detektora cyfrowego.	TAK - 2 pkt, NIE - 0 pkt.	NIE	0	TAK	2	TAK	2 0
Wirtualna kratka.	TAK - 5 pkt, NIE - 0 pkt.	TAK	5	TAK	5	TAK	5
Możliwość umieszczenia obiektu badanego na detektorze w dowolnym miejscu (nie centrycznie)	TAK - 1 pkt, NIE - 0 pkt.	TAK	1	TAK	1	TAK	1
Możliwość bieżącego dopasowywania jasności / kontrastu obrazu do wybranego ROI.	TAK - 1 pkt, NIE - 0 pkt.	TAK	1	TAK	1	TAK	1
Możliwość nagrywania płyt CD z badaniami pacjentów (oraz przeglądarką) bezpośrednio na konsoli technika.	TAK - 1 pkt, NIE - 0 pkt.	TAK	1	TAK	1	TAK	1
Możliwość edycji nazw i parametrów programów anatomicznych przez użytkownika.	TAK - 1 pkt, NIE - 0 pkt.	TAK	1	TAK	1	TAK	1
Możliwość ukrywania paneli narzędziowych w trybie akwizycji i obróbki obrazów.	TAK - 1 pkt, NIE - 0 pkt.	TAK	1	TAK	1	TAK	1
Możliwość uzyskania obrazu surowego bez post-processingu.	TAK - 1 pkt, NIE - 0 pkt.	TAK	1	TAK	1	TAK	1
Możliwość wykonania testów monitora konsoli.	TAK - 1 pkt, NIE - 0 pkt.	TAK	1	TAK	1	TAK	1
Możliwość wykonania analizy zdjęć odrzuconych.	TAK - 1 pkt, NIE - 0 pkt.	TAK	1	TAK	1	TAK	1
Fantom przeznaczony do testów podstawowych cyfrowych rentgenowskich aparatów radiograficznych - 1 szt.	TAK - 6 pkt, NIE - 0 pkt.	TAK	6	TAK	6	TAK	6
		Cena	50		44,31		49,50
		jakość	44		41		44
		RAZEM	<b>94,00</b>		<b>87,31</b>		<b>93,50</b>

Oferta Wykonawcy MEDIKON POLSKA Sp. z o.o., została najwyższej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu  
Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

MEDIKON POLSKA Sp. z o.o., Ul. Cyklamienów 7, 04 – 798 Warszawa





#### Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **94,00 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jw.)

Ponadto do przedmiotowej części ofertę złożył Wykonawca:

- MEDITECH X-RAY Sp. z o.o., Ul. Wirowiska 6, 60 – 052 Komorniki. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała **93,50 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jw.)

- AGFA NV Septestraat 27, B-2640 Mortsel, Belgia AGFFA NV Oddział w Polsce, ul. Jutrzenki 137a, 02-231 Warszawa. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała **87,31 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jw.)

Z-ca Dyrektora  
ds. Technicznych  
*inż. Czesław Walkowiak*

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego