



Poznań, dnia 18 września 2018 roku

Oznaczenie sprawy: PN – 24/18

Dz.Z.P.24/55/18

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

**Wyjaśnienie treści SIWZ nr 10**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego w ramach projektu pt. „Zdrowa matka, zdrowe dziecko – poprawa kompleksowej opieki wysokospecjalistycznej w największym szpitalu ginekologiczno-położniczym w Polsce” na dostawę sprzętu dla Oddziału Neonatologicznego, Izolacyjnego Noworodka, Pracowni Ultrasonograficznej, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Zamawiający na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2017 poz. 1579) dokonuje następujących zmian SIWZ.

**Część nr 1 – ultrasonograf 3D/4D – 2 szt.**

**Część nr 2 – ultrasonograf 3D/4D – 1 szt.**

**Część nr 3 – ultrasonograf – 1 szt.**

**Część nr 4 – ultrasonograf 3D/4D – 1 szt.**

**Część nr 5 – ultrasonograf 3D/4D – 1 szt.**

Zamawiający modyfikuje Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1,2,3,4,5 poprzez dodanie poz. dot. kryterium środowiskowego – zużycie prądu, zgodnie z kryteriami oceny ofert wskazanymi w SIWZ oraz Ogłoszeniu o zamówieniu.

Kryteriami oceny ofert są: cena – 50%, jakość – 40%, środowisko – 10%

Zamawiający dla cz. 1,2,3,4,5 wydłuża termin realizacji zamówienia **do 30.11.2018 r.**

**Część nr 1 – ultrasonograf 3D/4D – 2 szt. –**

Zamawiający wyjaśnia, że przy obliczaniu punktów w kryterium oceny ofert „jakość” i „środowisko” będzie wyciągał średnią arytmetyczną poprzez podzielenie uzyskanych punktów przez 2.

**Część nr 2 – ultrasonograf – 1 szt.**

Zamawiający zmienia wagę podkryterium na następujące:

Głębokość penetracji aparatu min od 2,0 – 34,0 cm.	>2,0 – 34,0 cm. – <b>10 pkt.</b> , 2,0 – 34,0 cm. – 0 pkt
Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększenia min. 20x.	TAK – <b>10 pkt.</b> , NIE – 0 pkt

**Część nr 3 – ultrasonograf – 1 szt.**

Jednocześnie dla cz. nr 3 Zamawiający dokonuje zmiany:

Pkt. 6 - Waga urządzenia max. 115 kg

Pkt. 11 - Min.3 aktywne gniazda do podłączania głowic obrazowych

Pkt. 12 - Min. 1 gniazdo postojowe dla głowic obrazowych

Zamawiający zmienia wagę podkryterium na następujące:

Powiększenie obrazu w stosunku do jego rzeczywistej wielkości na obrazach zamrożonych jak i na zatrzymanych– min. 20 razy	20 – 24 x – 0pkt ≥25 x – <b>5 pkt</b>
Monitor LCD, przekątna ekranu – min. 19” max 23” rozdzielczość - min. 1920 x 1080 pikseli lub 1600x1200 pikseli	19” - 21” – 0 pkt >21” – <b>5 pkt</b>



Z uwagi na fakt, że dokonane zmiany prowadzą do zmiany opisu przedmiotu zamówienia, zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu o numerze 2018/S 150-343891, Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 2 pkt. 1 wydłuża termin składania ofert **dla cz. 1,2,3,4,5, który wyznacza na dzień 04.10.2018 r.** Godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, a informacja o zmianach zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.  
Załączniki do niniejszego pisma stanowią:

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1 – po zmianach

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 2 – po zmianach

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 3 – po zmianach

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 4 – po zmianach

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 5 – po zmianach

Z-ca Dyrektora  
ds. Technicznych

inż. Czesław Walkowiak

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego