

Poznań, dnia 29 sierpnia 2018 roku

Oznaczenie sprawy: PN – 24/18

Dz.Z.P.24/43/18

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Zmiana treści SIWZ nr 7

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego w ramach projektu pt. „Zdrowa matka, zdrowe dziecko – poprawa kompleksowej opieki wysokospecjalistycznej w największym szpitalu ginekologiczno-położniczym w Polsce” na dostawę sprzętu dla Oddziału Neonatologicznego, Izolacyjnego Noworodka, Pracowni Ultrasonograficznej, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Zamawiający na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2017 poz. 1579) poniżej dokonuje zmian treści SIWZ, w zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia **dla cz. 10 – pulsoksymetr 5 szt.**

- 1) Zamawiający wykreśla wymóg określony w pkt. 5 dotyczący: „automatyczna rotacja ekranu w trakcie transportu o 90, 180, 270, 360 stopni”
- 2) zmianie ulega wymóg określony w pkt 7, który otrzymuje następujące brzmienie: „Zakres pomiaru saturacji min. 1-100%; Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70% - 100% +/- 2”
- 3) zmianie ulega wymóg określony w pkt 9, który otrzymuje następujące brzmienie: „Wysokiej rozdzielczości ekran LCD, kolorowy, dotykowy, z regulacją kontrastu ekranu oraz regulacją podświetlenia ekranu lub ekran z pokrętkiem wielofunkcyjnym lub przyciskami funkcyjnymi”
- 4) zmianie ulega wymóg określony w pkt 12, który otrzymuje następujące brzmienie: „Pomiar przy niskiej perfuzji (zimne kończyny, obrzęk, krytyczne parametry) od min. 0,03% do 20%”
- 5) Zamawiający wykreśla wymóg określony w pkt 13;
- 6) zmianie ulega wymóg określony w pkt 19, który otrzymuje następujące brzmienie: „96 godzinne trendy SpO2 i pulsu z rozdzielczością od 2 do max. 4 sekund, możliwością wydrukowania na zewnętrznej drukarce lub przesłania do innego urządzenia szeregowego”
- 7) zamawiający zmienia kryterium oceny ofert oraz punktację określoną w pkt 21:

W kolumnie: Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane

„Oprogramowanie do nieinwazyjnych pomiarów: hemoglobina całkowita, methemoglobina, karboksyhemoglobina, PVI, RRA, ORI (indeks rezerwy tlenowej)”

W kolumnie: punkty

„oferowanie oprogramowania do nieinwazyjnych pomiarów (hemoglobina całkowita, methemoglobina, karboksyhemoglobina, PVI, RRA, ORI (indeks rezerwy tlenowej) – 10 pkt

Możliwość rozbudowy aparatu o oprogramowanie do nieinwazyjnych pomiarów (hemoglobina całkowita, methemoglobina, karboksyhemoglobina, PVI, RRA, ORI (indeks rezerwy tlenowej) – 5 pkt”

Brak oferowanej funkcjonalności i możliwości rozbudowy o oprogramowanie do nieinwazyjnych pomiarów – 0 pkt



W kolumnie: oferowany parametr

TAK/NIE Oferowane oprogramowanie do nieinwazyjnego pomiaru (hemoglobina całkowita, methemoglobina, karboksyhemoglobina, PVI, RRa, ORI (indeks rezerwy tlenowej)

TAK/NIE Możliwość rozbudowy aparatu o oprogramowanie do nieinwazyjnego pomiaru (hemoglobina całkowita, methemoglobina, karboksyhemoglobina, PVI, RRa, ORI (indeks rezerwy tlenowej)

TAK/NIE Brak oferowanej funkcjonalności i możliwości rozbudowy o oprogramowanie do nieinwazyjnych pomiarów

8) zamawiający wykreśla kryterium określone w pkt 23

W związku z dokonaną zmianą, zmianie uległy kryteria oceny ofert określone w SIWZ oraz ich waga. Kryteria oceny ofert zostały ustalone następująco: cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt.

9) zamawiający zmienia parametr oceniany w ramach pkt 24, który otrzymuje następujące brzmienie:
Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane oraz punkty:

Pomiar w czasie rzeczywistym – czas uśredniania pomiarów podczas ruchu co 2, 4 s (pacjenci resuscytowani, z parametrami krytycznymi), co 8,10 s (pacjenci stabilni), co 12, 14 lub 16 s (pacjenci rzadziej monitorowani. Ustawienie czasu uśredniania pomiarów co: od co 2 s – 5 pkt, pow. 16 s – 0 pkt lub

w sytuacji ścisłego monitorowania (2-4 s) oraz w trybie normalnej odpowiedzi u pacjentów nie wymagających ścisłego monitorowania (5-7 s) – 5 pkt.

Z uwagi na fakt, że dokonane zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu o numerze 2018/S 150-343891, Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 2 pkt. 1 zmienia termin składania ofert **dla cz. 10 – pulsoksymetrii – 5 szt., który wyznacza na dzień 25.09.2018 r.** Godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, a informacja o zmianach zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Załączniki do niniejszego pisma stanowią:

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 10 – po zmianach


Dyrektor Szpitala
dr Marek Szubkowski

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego