

Poznań, dnia 05 września 2018 roku

Oznaczenie sprawy: PN – 24/18

Dz.Z.P.24/51/18

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 9

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego w ramach projektu pt. „Zdrowa matka, zdrowe dziecko – poprawa kompleksowej opieki wysokospecjalistycznej w największym szpitalu ginekologiczno-położniczym w Polsce” na dostawę sprzętu dla Oddziału Neonatologicznego, Izolacyjnego Noworodka, Pracowni Ultrasonograficznej, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ, Zamawiający na podst. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2017 poz. 1579) poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami, jednocześnie na podst. art. 38 ust. 4 dokonuje zmian SIWZ.

Część nr 1 – ultrasonograf 3D/4D – 1 szt. poz. 2

Pytanie 1. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 28

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny renomowanego japońskiego producenta umożliwiający regulację położenia linii bazowej i korekcji kąta w trybie dopplera spektralnego lecz bez możliwości zmiany ww. parametrów dla obrazów zapisanych na dysku?

Odpowiedź

Tak

Pytanie 2. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 30

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny umożliwiający obrazowanie 3D/4D z prędkością odświeżania obrazu wynoszącą 40 objętości/sekundę ?

Odpowiedź

Tak

Pytanie 3. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 35

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny bez możliwości automatycznego pomiaru IT? Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta firmy General Electric, który na obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi naruszenie przepisów PZP. Pragniemy podkreślić, że identyczne zapisy SIWZ promujące produkty jednego producenta, firmy General Electric znajdują się w opisach przedmiotów zamówienia sześciu aparatów USG ogłoszonego przez Państwa postępowania przetargowego.

Odpowiedź

Nie

Pytanie 4. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 36

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny bez możliwości automatycznego pomiaru BPD i HC na obrazie główki płodu ?

Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta firmy General Electric, który na obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi naruszenie przepisów PZP. Pragniemy podkreślić, że identyczne zapisy SIWZ promujące produkty jednego producenta, firmy General Electric znajdują się w opisach przedmiotów zamówienia sześciu aparatów USG ogłoszonego przez Państwa postępowania przetargowego.

Odpowiedź

Nie

Pytanie 5. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 37

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny bez możliwości automatycznego pomiaru AC,FL,HL na obrazie brzuszka płodu ?

Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta firmy General Electric, który na obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi naruszenie przepisów PZP. Pragniemy podkreślić, że identyczne zapisy SIWZ promujące produkty jednego producenta, firmy General Electric znajdują się w opisach przedmiotów zamówienia sześciu aparatów USG ogłoszonego przez Państwa postępowania przetargowego.

Odpowiedź

Tak

Pytanie 6. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 38

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny bez protokołu IOTA do oceny i zmian nowotworowych guzów jajnika ?

Podany parametr w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta firmy General Electric, który na obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi naruszenie przepisów PZP. Pragniemy podkreślić, że identyczne zapisy SIWZ promujące produkty jednego producenta, firmy General Electric znajdują się w opisach przedmiotów zamówienia sześciu aparatów USG ogłoszonego przez Państwa postępowania przetargowego.

Odpowiedź

Nie

Pytanie 7. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 39

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny bez pomiaru Z-SCORE?

Podany parametr w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta firmy General Electric, który na obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi naruszenie przepisów PZP. Pragniemy podkreślić, że identyczne zapisy SIWZ promujące produkty jednego producenta, firmy General Electric znajdują się w opisach przedmiotów zamówienia sześciu aparatów USG ogłoszonego przez Państwa postępowania przetargowego.

Odpowiedź

Nie

Pytanie 8. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 44C

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę objętościowa convex 3D/4D, której obszar skanowania wynosi 80x75 stopni ?

Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta firmy General Electric, który na obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi naruszenie przepisów PZP.

Odpowiedź

Nie

Pytanie 9. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 44F

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę objętościowa convex 3D/4D, której kąt obrazowania w trybie B wynosi 80 stopni ?

Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta firmy General Electric, który na obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi naruszenie przepisów PZP.

Odpowiedź

Tak

Pytanie 10. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 45B

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę endowaginalną 2D/3D/4D do badań położniczych i ginekologicznych, której kąt obrazowania w trybie B wynosi 140 stopni ?

Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta firmy General Electric, który na obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi naruszenie przepisów PZP.

Odpowiedź

Tak

Pytanie 11. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 45C

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę endowaginalną 2D/3D/4D do badań położniczych i ginekologicznych, której obszar skanowania w trybie 3D wynosi 140 x 80 stopni ?

Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta firmy General Electric, który na obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi naruszenie przepisów PZP.

Odpowiedź

Tak

Pytanie 12. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 45F

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę endowaginalną 2D/3D/4D do badań położniczych i ginekologicznych umożliwiającą ugięcie wiązki ultradźwiękowej stopień po stopniu w zakresie od 0 do 140 stopni ?

Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta firmy General Electric, który na obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi naruszenie przepisów PZP.

Tak

Pytanie 13. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 46B

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę convex 2D do badań położniczych, której kąt obrazowania w trybie B wynosi 75 stopni ?

Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta firmy General Electric, który na obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi naruszenie przepisów PZP.

Odpowiedź

Nie

Pytanie 14. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 49

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny ze zintegrowanym napędem DVD-R/RW?

Odpowiedź

Tak

Pytanie 15. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 53

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wyposażony w cyfrowe wyjście DVI-D przeznaczone do przesyłania obrazu z aparatu?

Odpowiedź

Nie

Pytanie 16. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 56

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny bez możliwości rozbudowy o opcję elastografii?

Odpowiedź



Nie

Pytanie 17. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 57

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny bez możliwości rozbudowy o oprogramowanie do obliczania procentu unaczynienia tkanki w obrazach 3D ?

Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta firmy General Electric, który na obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi naruszenie przepisów PZP. Pragniemy podkreślić, że identyczne zapisy SIWZ promujące produkty jednego producenta, firmy General Electric znajdują się w opisach przedmiotów zamówienia sześciu aparatów USG ogłoszonego przez Państwa postępowania przetargowego.

Odpowiedź

Nie

Pytanie 18. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 62

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z monitorem LCD o wielkości matrycy roboczej 21,3 cala z maksymalizacją pola przeznaczonego na obrazy diagnostyczne oraz rozdzielczości 1600x1200 pixeli? Dla diagnostyki ważna jest wielkość obrazu diagnostycznego na ekranie a w mniejszym stopniu wielkość samego ekranu.

Opis przedmiotu Zamówienia w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta firmy General Electric, który na obecnym etapie jako jedyny spełnia kryteria SIWZ i ma możliwość uzyskania maksymalnej liczby punktów wnosimy o zmianę kryteriów oceny technicznej w ten sposób, aby Zamawiający nie przyznawał punktów w ww. punkcie. Jednocześnie maksymalna liczbę punktów w przedstawionym zakresie może uzyskać wyłącznie aparat marki General Electric. Pragniemy podkreślić, że identyczne zapisy SIWZ promujące produkty jednego producenta, firmy General Electric znajdują się w opisach przedmiotów zamówienia sześciu aparatów USG ogłoszonego przez Państwa postępowania przetargowego.

Odpowiedź

Nie

Pytanie 19. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 68

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę endowaginalną 2D/3D/4D do badań położniczych i ginekologicznych, której kąt obrazowania w trybie B wynosi 140 stopni ?

Opis przedmiotu Zamówienia w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta firmy General Electric, który na obecnym etapie jako jedyny spełnia kryteria SIWZ i ma możliwość uzyskania maksymalnej liczby punktów wnosimy o zmianę kryteriów oceny technicznej w ten sposób, aby Zamawiający nie przyznawał punktów w ww. punkcie. Jednocześnie maksymalna liczbę punktów w przedstawionym zakresie może uzyskać wyłącznie aparat marki General Electric.

Odpowiedź

Tak

Część nr 2 – ultrasonograf – 1 szt.

Opis techniczno-jakościowy – pkt. 20

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga pomiaru do oceny i klasyfikacji zmian nowotworowych guzów jajnika z co najmniej 9 parametrów, według aktualnych, nie starszych niż z 2013 r. wytycznych towarzystwa IOTA.

Z uwagi na fakt, że dokonane zmiany prowadzą do opisu przedmiotu zamówienia, zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu o numerze 2018/S 150-343891, Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 2 pkt. 1 zmienia termin składania ofert **dla cz. 1 – 9, 11 - 32, który wyznacza na dzień 21.09.2018 r.** Godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, a informacja o zmianach zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Załączniki do niniejszego pisma stanowią:

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1 – po zmianach

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 2 – po zmianach

Z-ca Dyrektora
ds. Technicznych

Inż. Czesław Walkowiak

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

