



Poznań, dnia 20 września 2018 roku

Oznaczenie sprawy: PN – 24/18

Dz.Z.P.24/57/18

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 11

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego w ramach projektu pt. „Zdrowa matka, zdrowe dziecko – poprawa kompleksowej opieki wysokospecjalistycznej w największym szpitalu ginekologiczno-położniczym w Polsce” na dostawę sprzętu dla Oddziału Neonatologicznego, Izolacyjnego Noworodka, Pracowni Ultrasonograficznej, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Zamawiający na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2017 poz. 1579) dokonuje następujących zmian SIWZ.

Część nr 1 – ultrasonograf 3D/4D – 2 szt.

Część nr 2 – ultrasonograf 3D/4D – 1 szt.

Część nr 3 – ultrasonograf – 1 szt.

Część nr 4 – ultrasonograf 3D/4D – 1 szt.

Część nr 5 – ultrasonograf 3D/4D – 1 szt.

Zamawiający modyfikuje Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1,2,3,4,5 poprzez zmianę wymaganej wartości zużycia prądu w opisie wymagań środowiskowych. Tym samym maksymalne dopuszczalne zużycie prądu wynosi 0,98 kWh/godzinę pracy.

Zamawiający dla cz. 1,2,3,4,5 wydłuża termin realizacji zamówienia **do 04.12.2018 r.**

Z uwagi na fakt, że dokonane zmiany prowadzą do zmiany opisu przedmiotu zamówienia, zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu o numerze 2018/S 150-343891, Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 2 pkt. 1 wydłuża termin składania ofert **dla cz. 1,2,3,4,5, który wyznacza na dzień 08.10.2018 r.** Godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, a informacja o zmianach zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Załączniki do niniejszego pisma stanowią:

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1 – po zmianach

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 2 – po zmianach

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 3 – po zmianach

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 4 – po zmianach

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 5 – po zmianach

Z-ca Dyrektora
ds. Technicznych

inż. Czesław Wałkowiak

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego