



Poznań, dnia 14.09.2018r.

Dz. Z. P. 32/10/18

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę aparatów z oprogramowaniem i wyposażenia dodatkowego oraz zakup i sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do diagnostyki raka szyjki macicy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, Zamawiający, Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust.1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 1579) udziela wyjaśnień, jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje zmian SIWZ:

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający w powyższym postępowaniu, w Części III „Dzierżawa aparatów z oprogramowaniem oraz zakup i sukcesywna dostawa odczynników, materiałów zużywalnych do wykrywania etylowanych regionów promotorów genów FAM19A4 i hsa-mir 124-2; Punkt 1 1. DZIERŻAWA dwóch aparatów z oprogramowaniem do wykrywania etylowanych regionów promotorów genów FAM19A4 i hsa-mir124-2 na okres 12 miesięcy; Punkt 2.2 Zakup oraz sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych. Podpunkt 1 Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały zużywalne potrzebne do wykonania izolacji DNA, konwersji DNA wodorosiarczynem i testu metylacji oraz Punkt 3. Kryteria oceny ofert, Genem referencyjnym w teście metylacji jest ACTB (gen kodujący β-aktynę)” miał na myśli test do wykrywania metylowanych regionów promotorów genów FAM19A4 i hsa-mir 124-2 i dalej metylacji?

Dla Wykonawcy jest to niejasne ponieważ w specyfikacji pojawia zapis test metylacji, a we wskazanych miejscach występuje zapis „do wykrywania etylowanych regionów promotorów genów FAM19A4 i hsa-mir124-2” wskazując na inny rodzaj testu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia nazwę części nr 3 na:

Dzierżawa aparatów z oprogramowaniem oraz zakup i sukcesywna dostawa odczynników, materiałów zużywalnych do wykrywania **metylowanych** regionów promotorów genów FAM19A4 i hsa-mir 124-2

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do SIWZ.

W związku ze zmianą treści SIWZ, Zamawiający na podstawie zapisu art. 12a i art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert do dnia 2.10.2018r. do godz. 09.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 2.10.2018r. o godzinie 09.30.

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z czym Zamawiający w dniu dzisiejszym przekaże Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie określonej w dyrektywie.

Załączniki:

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach

Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ po zmianach

*Zca Dyrektora
ds. Technicznych*
Inż. Czesław Walkowiak