



Dz. Z. P. 33/16/18

Poznań, dnia 3.09.2018r.

**Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, Zamawiający, Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust.1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 1579) udziela wyjaśnień, jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje zmian SIWZ:

Zestaw nr 1

Część nr 25 – Siatki i taśmy do leczenia zaburzeń statyki narządów płciowych.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Części 25:

poz. 3 taśma do wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, light mesh, sterylna, do metod implantacyjnych TOT, TVT, TVT-O, monofilament polipropylenowy niewchłaniający, biały, gramatura 45 g/m², szerokość taśmy 1,1 cm, rozmiar porów 1,25 mm², stopień porowatości 55-60%, długość taśmy bez uchwytów 45cm, w polietylenowej dwuczęściowej, łatwej do usunięcia osłonki, czarne uchwyty do zamocowania taśmy na aplikatorze, zabezpieczone termokurczliwą rurką w miejscu łączenia uchwytu z taśmą, pakowana pojedynczo, 4 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób.

lub

poz. 3 taśma do wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, light mesh, sterylna, do metod implantacyjnych TOT, TVT, TVT-O, monofilament polipropylenowy niewchłaniający, biały, gramatura 45 g/m², szerokość taśmy 0,8 cm, w środkowej części 1,2 cm (wyznaczenie środka), rozmiar porów 1,25 mm², stopień porowatości 55-60%, długość taśmy 50-55 cm, bez dodatkowych uchwytów, bez osłonki, mniej materiału, mniejsza traumatyzacja, szybka i wygodna implantacja, zwięźszenia na końcach taśmy do wygodniejszego mocowania na aplikatorze, pakowana pojedynczo, 4 samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób.

W przypadku wyrażenia zgody zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli to na udział większej liczby oferentów i podniesie poziom konkurencyjności postępowania.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zestaw nr 2

Pakiet nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 13 pozycji nr 3 do osobnego zadania?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.



Zestaw nr 3

Część 11, poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły opisanej jak w SIWZ z nasadką igły w kolorze fioletowym, w celu odróżnienia od igły iniekcyjnej j.u. osłonka na igłę w kolorze ciemno różowym.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Część 13, poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w części 24 – Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

W załączeniu formularz specyfikacji cenowej (załącznik nr 1 do SIWZ) do części 24 po dokonaniu zmiany.

Z-ca Dyrektora
ds. Technicznych
inż. Sławomir Walkowiak