



Dz. Z. P. 33/18

Poznań, dnia 24.09.2018r.

**Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, Zamawiający, Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust.1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 1579) udziela wyjaśnień:

Zestaw nr 1

Pytanie 1 dotyczy część 26 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie wysokości wymaganej zszywki w narzędziu do fiksacji siatek. Czy Zamawiający wymaga aby zszywki w narzędziu do fiksacji miały wysokość całkowitą 5,1 mm i wysokość aktywną 4,1 mm oraz skrzydełka zszywki miały szerokość 5,8 mm, zapewniające właściwe utrzymanie siatki przy tkance?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o powyższych parametrach.

Zestaw nr 2

Dotyczy Zadania 24

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści makroporowatą monofilamentową polipropylenową taśmę bez koszulki do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Parametry techniczne: szerokość 1,2 cm, długość 45 cm, grubość nici 120 µm, gramatura 63 g/m², grubość siatki 0,46 mm, wielkość porów 0,23 mm². Cechy jakościowe: Taśma posiada wplecioną niebieską nić oraz jest zakończona długimi wąsami ułatwiającymi implantację, jej splot powoduje łatwe przechodzenie przez powłoki. Dwa wielorazowe narzędzia o kształcie helikalnym do zakładania taśmy metodą przezzasłonową techniką „out-in”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Z-ca Dyrektora
ds. Technicznych

Inż. Czesław Wulkowiak