



Poznań, dnia 02 listopada 2018 roku

Oznaczenie sprawy: PN – 40/18

Dz.Z.P.40/20/18

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 4

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego w ramach projektu pt. „Zdrowa matka, zdrowe dziecko – poprawa kompleksowej opieki wysokospecjalistycznej w największym szpitalu ginekologiczno-położniczym w Polsce” na dostawę dla Oddziału Neonatologicznego, Izolacyjnego Noworodka.

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ, Zamawiający na podst. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018 poz. 1986) poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami, jednocześnie na podst. art. 38 ust. 4 dokonuje zmian SIWZ.

Cz. 2 - stanowisko do resuscytacji iż kardiomonitorem – 13 sztuk

Pytanie nr 1.

Punkt 15. Celem prowadzonego postępowania jest wymiana obecnie posiadanej aparatury medycznej na bardziej nowoczesne i zaawansowane technologicznie rozwiązania. Odpowiadając pozytywnie na zadane pytania z dnia 25.10.2018 Zamawiający zgodził się na zaoferowanie znacząco niższego standardu urządzenia. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów oraz możliwości zaoferowania najwyższej klasy, pod względem klinicznym i cenowym urządzenia, czy Zamawiający będzie wymagał zintegrowanego ze stanowiskiem do resuscytacji pomiaru saturacji krwi noworodka poprzez precyzyjny pomiar z krwi tętnicznej podczas ruchu pacjenta dzięki eliminacji błędnie zaniżającego wynik saturacji sygnału z krwi żyłnej?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga pomiar saturacji krwi noworodka zarówno w stole jak i w monitorze funkcji życiowych.

Pytanie nr 2.

Punkt 27. Celem prowadzonego postępowania jest wymiana obecnie posiadanej aparatury medycznej na bardziej nowoczesne i zaawansowane technologicznie rozwiązania. Odpowiadając pozytywnie na zadane pytania z dnia 25.10.2018 Zamawiający zgodził się na zaoferowanie znacząco niższego standardu urządzenia. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów oraz możliwości zaoferowania najwyższej klasy, pod względem klinicznym i cenowym urządzenia, czy Zamawiający będzie wymagał kardiomonitora z min 12", dotykowym, kolorowym ekranie?

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany w pkt 27.

Pytanie nr 3.

Punkt 29. Celem prowadzonego postępowania jest wymiana obecnie posiadanej aparatury medycznej na bardziej nowoczesne i zaawansowane technologicznie rozwiązania. Odpowiadając pozytywnie na zadane pytania z dnia 25.10.2018 Zamawiający zgodził się na zaoferowanie znacząco niższego standardu urządzenia. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów oraz możliwości zaoferowania najwyższej klasy, pod względem klinicznym i cenowym urządzenia, czy Zamawiający będzie wymagał możliwości nawigacji menu monitora z automatyczną rekonfiguracją ekranu umożliwiającą jednoczesny podgląd wszystkich mierzonych parametrów i krzywych?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4.

Punkt 35 Celem prowadzonego postępowania jest wymiana obecnie posiadanej aparatury medycznej na bardziej nowoczesne i zaawansowane technologicznie rozwiązania. Odpowiadając pozytywnie na zadane pytania z dnia 25.10.2018 Zamawiający zgodził się na zaoferowanie znacząco niższego standardu urządzenia. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów oraz możliwości zaoferowania najwyższej klasy, pod względem klinicznym i cenowym urządzenia, czy Zamawiający będzie wymagał trendów numerycznych i graficznych z min. do 72 h (także trendy ST)?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ



Pytanie nr 5.


Punkt 38 Celem prowadzonego postępowania jest wymiana obecnie posiadanej aparatury medycznej na bardziej nowoczesne i zaawansowane technologicznie rozwiązania. Odpowiadając pozytywnie na zadane pytania z dnia 25.10.2018 Zamawiający zgodził się na zaferowanie znacząco niższego standardu urządzenia. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów oraz możliwości zaferowania najwyższej klasy, pod względem klinicznym i cenowym urządzenia, czy Zamawiający będzie wymagał możliwości rozbudowy o min. 3 kanałowy rejestrator termiczny, wbudowany w monitor - wydruk możliwy podczas transportu?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Z uwagi na fakt, że wyjaśnienia prowadzą do zmiany opisu przedmiotu zamówienia, zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu o numerze **2018/S 195-440883**, Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 2 pkt. 1 zmienia termin składania ofert, **który wyznacza na dzień 20.11.2018 r.** Godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, a informacja o zmianach zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Załączniki do niniejszego pisma stanowią:

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 2 – po zmianach


Z-ca Dyrektora
ds. Technicznych

inż. Czesław Wulkowiak

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego