

Poznań, dnia 15 listopada 2018 roku

Oznaczenie sprawy: PN – 40/18

Dz.Z.P.40/21/18

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

**Wyjaśnienie treści SIWZ nr 5**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego w ramach projektu pt. „Zdrowa matka, zdrowe dziecko – poprawa kompleksowej opieki wysokospecjalistycznej w największym szpitalu ginekologiczno-płożniczym w Polsce” na dostawę dla Oddziału Neonatologicznego, Izolacyjnego Noworodka.

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ, Zamawiający na podst. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018 poz. 1986) poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami, jednocześnie na podst. art. 38 ust. 4 dokonuje zmian SIWZ.

**Część 1 – lampa do fototerapii**

**Pytanie nr 1.**

Pkt. 7

Prosimy o opuszczenie poboru mocy max 90W

Pkt. 8

Prosimy o dopuszczenie promieniowania w zakresie 450-470nm

Pkt. 10

Prosimy o dopuszczenie wymiarów 35x20x9 cm

Pkt. 12

Prosimy o dopuszczenie efektywnej powierzchni naświetlania 50x30 cm

Pkt. 13

Prosimy o dopuszczenie intensywności światła białego na poziomie 1100 lux

Pkt. 14

Prosimy o dopuszczenie żywotności diod 20 000h w przypadku zaoferowania w kpl. 2 zapasowych paneli diodowych – łączna żywotność wyniesie 60 000 h

Pkt. 15

Prosimy o dopuszczenie poziomu hałasu max 40dBa

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 1 w związku z art. 38 ust. 1 zmienia termin składania ofert dla cz. **1 – Lampa do fototerapii, który wyznacza na dzień 22.11.2018 r.** oraz treść ogłoszenia o numerze **2018/S 195-440883**. Godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, a informacja o zmianach zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

Dyrektor Szpitala  
*dr Maciej Sobkowski*