



Poznań, dnia 07.12.2018 r.

Dz. Z. P. 44/10/18

Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych na dostawę wyrobów medycznych dla Pracowni Embriologii (odczynniki, pożywki, zestawy do witryfikacji), opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.11.2018 r. nr 654298-N-2018.

**WYJAŚNIENIE NR 2 I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMĄNĄ TERMINU SKŁADANIA OFERT**

W związku z otrzymanymi zapytaniem dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986) poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami oraz dokonuje zmian SIWZ.

Czy zamawiający dopuści w części nr 3, poz. 1 i 2 odczynniki spełniające wszystkie wymagania zamawiającego dostarczane z terminem ważności nie krótszym niż 6 tygodni od daty dostawy? Krótki okres ważności wynika z olbrzymiej dbałości producenta o jakość swoich produktów jak również z konieczności utrzymania łańcucha magazynów i dostawców, który umożliwia utrzymanie nieprzerwanej dostępności produktów.

Odp: Zamawiający dopuszcza w części nr 3 w pozycji 1 i 2 odczynniki z terminem przydatności nie krótszym niż 6 tygodni. Ponadto zamawiający dopuszcza nie krótszy niż 3 miesięczny termin ważności dla asortymentu opisanego w części 1 poz. 1; w części nr 4 poz. 1-7; w części 5 poz. 1.

Pozostałe części zamówienia obejmuje nie krótszy niż 12 miesięczny termin ważności tj. część nr 2 poz.1-2; część nr 3 poz. 3-5 ; część nr 4 poz. 8 ; część nr 5 poz. 2-6 ; część nr 6 poz. 1-3.

W związku ze zmianą treści specyfikacji w zakresie zmiany terminu ważności zamawiający na podstawie zapisu art. 12a i art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r- (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r poz.1986) przedłuża termin składania ofert do dnia **14.12.2018r do godz. 09:00.**

Otwarcie ofert nastąpi dnia **14.12.2018r o godzinie 09:30.**

Wykonawca składając ofertę będzie nią związany przez okres 30 od dnia składania ofert.

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w związku z czym zamawiający niezwłocznie zamieści o ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Załącznik do niniejszego pisma jest :

SIWZ rozdz. III pkt 2.2.4 ; rozdz. X pkt. 2 ppkt.2 , ppkt. 2.2; rozdz. XI pkt. 2 -ramka, pkt. 3, pkt. 5. – po zmianach

Z poważaniem
Dyrektor Szpitala
dr Maciej Sobkowski

