



Poznań, dnia 17.03.2020 roku

Oznaczenie sprawy: PN – 10/20
Dz.Z.P.10/...../2020

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
odczynników i przeciwciał do barwienia immunohistochemicznego w barwiarce AutostainerLink 48**

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącym treści SIWZ, na podst. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający poniżej przytacza treść zapytania wraz z odpowiedzią.

1. Czy Zamawiający wymaga, aby przeciwciała z serii IR oraz odczynniki z serii ENV Flex (z wyjątkiem buforów) były dostarczane w butelkach opatrzonych kodami rozpoznawalnymi przez oprogramowanie AS48 Link?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga by przeciwciała IR RTU (gotowe do użycia na preparat) oraz odczynniki z serii ENV Flex (z wyjątkiem buforów) były dostarczane w butelkach zawierających kody rozpoznawalne przez oprogramowanie Autosteiner Link 48.

2. Dot. Formularza asortymentowo-cenowego oraz Opisu przedmiotu zamówienia Poz. 1 tabeli Formularza ofertowo-cenowego: „przeciwciało RTU z serii IR”: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zamierza dowolnie wybierać przeciwciała RTU z serii IR przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, prosimy o możliwość dołączenia do formularza ofertowo-cenowego listy wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia przeciwciał RTU wraz z numerami katalogowymi. Jeśli nie, prosimy o podanie wymaganych ilości opakowań dla każdego z przeciwciał RTU zamieszczonych w Opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do formularza ofertowo-cenowego listy wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia przeciwciał RTU wraz z numerami katalogowymi, gdyż Zamawiający zamierza wybierać przeciwciała RTU serii IR zgodnie z zapotrzebowaniem.

3. Dot. Załącznik nr 1 pozycja 1
Czy Zamawiający może doprecyzować, co oznacza określenie "przeciwciało z serii IR" ?

Odpowiedź:

Przeciwciała z serii IR- są to rozcieńczone przeciwciała, w butelkach opatrzonych kodami rozpoznawalnymi przez oprogramowanie automatu Autostainer Link 48, zawierającym rekomendowane do takich przeciwciał protokoły barwień.



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 84 19 673
e-mail:mforminska@gpsk.ump.edu.pl





**GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
SZPITAL KLINICZNY
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO**

Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

NIP: 781-16-21-484

REGON: 000288840

KRS: 0000002866

www.gpsk.ump.edu.pl

Zamawiający na podstawie zapisu art. 12a i art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert do dnia 24.03.2020r. do godz. 09.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.03.2020r. o godzinie 09.30.

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z czym Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza zmianę treści ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego.

Dyrektor Szpitala
dr inż. Andrzej Sobkowski



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 84 19 673
e-mail: mforminska@gpsk.ump.edu.pl

