



Poznań, dnia 11.01.2021 roku

Oznaczenie sprawy: PN – 45/20

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników oraz dzierżawę analizatora do oznaczeń koagulacyjnych oraz sprzętu do przechowywania odczynników

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, Zamawiający, Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust.1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udziela wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający dopuszcza odstąpienie od podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji, kiedy do takiego przetwarzania nie dochodzi w związku z uwzględnieniem przez Wykonawcę ochrony danych osobowych w fazie projektowania analizatorów i ich oprogramowania oraz stosowaniem domyślnej ochrony danych w ustawieniach analizatorów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

2. Czy Zamawiający zaakceptuje ofertę z ważnością zestawów osoczy deficytowych do oznaczania czynników krzepnięcia po otwarciu 24 h na pokładzie analizatora (z wyjątkiem czynnika XII do 6h) i z możliwością mrożenia do 1 miesiąca?

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje ofertę z ważnością zestawów osoczy deficytowych do oznaczania czynników krzepnięcia po otwarciu 24 h na pokładzie analizatora, z możliwością mrożenia do 1 miesiąca.

3. Czy Zamawiający zaakceptuje materiały kontrolne do antytrombiny na 2 poziomach?

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje materiały kontrolne na 2 poziomach do oznaczania antytrombiny.

4. Prosimy o potwierdzenie, że właściwymi parametrami ocenianymi są parametry oceny zawarte w tekście SIWZ a nie te umieszczone w Załączniku 1 (znalazły się w nim, prawdopodobnie omyłkowo, kryteria zupełnie nie związane z diagnostyką koagulologiczną).

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza, że właściwymi parametrami ocenianymi są parametry oceny zawarte w tekście SIWZ. W załączeniu właściwy załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający na podstawie zapisu art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych – **przedłuża termin składania ofert do dnia 15.01.2021 roku, do godziny 09:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.01.2021 roku, o godzinie 09:30.** Wykonawca składając ofertę będzie nią związany przez okres 30 dni od dnia składania ofert.

Dokonana zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z czym Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza zmianę treści ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 1 – formularz oferty

Dyrektor Szpitala
dr Maciejowski

Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 84 19 673
e-mail: mforminska@gpsk.ump.edu.pl

